


Dictamen 28·2008

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnico-sanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi.



Consell de Treball
econòmic i Social
Catalunya



Dictamen 28.2008

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnico-sanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi.

Índex

DICTAMEN 28/2008 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tènicosanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi	2
--	---

DICTAMEN 28/2008 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnico-sanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya per l'article 72.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei 7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 24 de novembre de 2008, aprova el següent

DICTAMEN

I. ANTECEDENTS

En data 28 d'octubre de 2008 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l'emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnico-sanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi.

El Projecte de decret es va acompanyar d'una memòria justificativa i d'un informe econòmic.

La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir el dia 18 de novembre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT

El Projecte de decret consta d'un preàmbul, setze articles dividits en quatre capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final.

En el preàmbul es relaciona el marc normatiu en el que es basa el Projecte de decret que es presenta.

També s'indica que l'objecte del Decret és establir les condicions tecnico-sanitàries mínimes i els requisits de funcionament que han de complir els centres de diàlisi públics i privats i les unitats de diàlisi amb una organització diferenciada i integrades en centres hospitalaris per obtenir l'autorització sanitària d'obertura i funcionament.

El capítol I s'anomena **disposicions generals** i engloba els articles de l'1 al 3. L'article 1 estableix l'objecte del Decret. En l'article 2 s'estableix la definició de centres i unitats de diàlisi. L'article 3 regula les obligacions de les persones titulars de centres i unitats de diàlisi.

El capítol II s'anomena **condicions tecnico-sanitàries de funcionament** i engloba de l'article 4 a l'11. En l'article 4 es regulen els requisits estructurals mínims de les instal·lacions. En l'article 5 s'estableixen quins han de ser els equipaments mínims dels centres i unitats de diàlisi. En l'article 6 es regula el servei farmacèutic que han de disposar els centres i les unitats de diàlisi. En l'article 7 es regula el personal sanitari del qual han de disposar els centres i les unitats de diàlisi. L'article 8 es remet al que estableix el Decret 27/1999 pel que fa a la gestió de residus sanitaris. L'article 9 regula el pla de

qualitat basat en la gestió de processos i la identificació d'indicadors de qualitat, també estableix que s'han d'elaborar els procediments normalitzats de treball i que s'ha de disposar de protocols d'actuació clínica en determinades matèries. L'article 10 regula les mesures de control i les condicions higienicosanitàries que han de complir els centres i les unitats de diàlisi. L'article 11 estableix quina és la informació i la documentació clínica de la qual han de disposar els centres i les unitats de diàlisi.

El capítol III s'anomena **autorització sanitària** i engloba de l'article 12 al 14. En l'article 12 es regula l'autorització sanitària d'obertura i funcionament dels centres i les unitats de diàlisi i la inscripció al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris del Departament de Salut. En l'article 13 es regula la modificació de l'autorització. En l'article 14 es regula la ineficàcia sobrevinguda de l'autorització.

El capítol IV s'anomena **règim sancionador i mesures cautelars** i engloba els articles 15 i 16. En l'article 15 s'estableix que les infraccions a les disposicions d'aquest Decret es sancionen de conformitat a l'establert a la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat i estableix els òrgans competents per a la imposició de sancions. En l'article 16 s'estableixen les mesures cautelars que podran adoptar les autoritats sanitàries per les instal·lacions que no comptin amb les prèvies autoritzacions preceptives o que no compleixin els requisits exigits per raons de sanitat, higiene o seguretat.

La disposició transitòria única estableix un **període de dos anys perquè els centres i les unitats de diàlisi** que en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret ja disposin de l'autorització sanitària **puguin adaptar-se a les previsions i els requisits establerts en aquest Decret.**

En la disposició derogatòria **es deroga l'Ordre de 16 de juny de 1987**, de desplegament del Programa d'Atenció a la Insuficiència Renal.

La disposició final estableix **l'entrada en vigor de la norma.**

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. El CTESC recomana l'ús d'un llenguatge no sexista en el text del Projecte de decret. Especialment, caldria utilitzar expressions com "persona usuària" enlloc d'"usuari".

Segona. Atès que aquest dictamen és preceptiu d'acord amb l'article 2.1 a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, es considera que seria convenient que en l'exposició de motius es fes menció al present Dictamen.

IV. OBSERVACIONS A L'ARTICULAT

1. El CTESC considera que en l'article 3 s'hauria d'afegir una altra obligació: "Garantir el compliment del protocol de manteniment dels monitors d'hemodiàlisi".
2. El CTESC considera que en l'article 4.1 d) després de "i/o que requereixen cadira de rodes" s'hauria d'afegir "separats per homes i dones".

3. El CTESC considera que en l'article 4.1 e) de després "*de cambra de bany*" s'hauria d'afegir "separats per homes i dones", segons disposa l'annex V del Reial decret 486/1997 en el seu apartat A, punt 2.10, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
4. El CTESC considera que en l'article 4.1, en relació amb aquells espais que tinguin la consideració de llocs de treball, s'ha de garantir la seguretat pel que fa als riscos a que puguin estar exposats els treballadors. En aquest sentit s'hauria d'adequar al que s'estableix en l'annex I del Reial Decret 486/1997 sobre les dimensions mínimes per un espai de treball i per cada treballador.
5. El CTESC considera que no hi ha d'haver diferències entre les condicions en les que s'ha de fer l'atenció a les persones malaltes portadores dels virus de l'hepatitis C i del VIH respecte a les condicions en les que s'ha de fer l'assistència a les persones malaltes portadores del virus de l'hepatitis B. És per això, que els articles 4.3 i 4.4 han de contemplar l'existència de sales independents per al tractament de la persona portadora de qualsevol d'aquests tres virus.
6. El CTESC considera que en l'article 5.1 e) després de "Un carro d'aturada cardíaca" s'hauria d'afegir "per a cada planta amb sala d'hemodiàlisi".
7. El CTESC considera que en l'article 5.1 s'hauria d'afegir un punt amb la redacció següent: "Un timbre d'emergència en cas d'aturada cardíaca, amb un protocol establert pel centre i per cada sala de diàlisi, a més dels que estaran repartits en altres zones crítiques com vestidors de persones malaltes i sala d'espera".
8. El CTESC proposa afegir al final de l'article 5.2 a) "i regulable en alçada".
9. El CTESC considera que caldria afegir a l'article 5.2 els següents apartats:
 - Sistema i material necessari per esterilitzar l'instrumental de cures mitjançant autoclau.
 - Transfer i/o grua per la mobilització de les persones malaltes.
 - Punts de llum individual en cada monitor per garantir una bona visió de l'accés vascular.
 - Tamboret regulable en alçada per garantir la postura adequada, tant en el moment de la punció com en el de la compressió de l'accés vascular.
10. El CTESC proposa la redacció següent a l'article 7.1: "Per l'exercici de la funció de direcció es requereix formació en gestió de centres sanitaris. En qualsevol cas, la responsabilitat assistencial dels centres i les unitats de diàlisi correspon a un metge o metgessa especialista en nefrologia"
11. El CTESC considera que en l'article 7.3 a) s'hauria d'establir el següent: "per intervals de quatre monitors d'hemodiàlisi".

De la mateixa manera, en l'apartat b) del mateix article s'hauria d'establir el següent: "per intervals de vuit monitors d'hemodiàlisi".

V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnico-sanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen.

Barcelona, 24 de novembre de 2008



El president
Josep Maria Rañé i Blasco



La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells